



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: GAD-MAI-PS-006  
Versión: 3 Fecha Actualización: 11/03/2016  
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: 27-06-2023 Remisión #: 189323 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NY-3839B Fecha Inicio: 27-06-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 27-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DADO, CLASE DADO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPUESYO CAMBIADO. Row 1: Acople rosca tubo a humidificador 1

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO. Includes sections for: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a S), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (MTO), 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows 1-7 detailing various tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows 1-6 detailing tests like 'Flujo > 0 (Carga fluorimétrico)', 'Flujo Máximo', etc.

Final summary section with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Aprobado), FIRMA MANTENIMIENTO.