ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2015
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 27-06-23 | Remisión #: 189323 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-4567B | Fecha Inicio: 27-06-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO (ORDEN DE SERVICIO)

FALLA	RUIDO	CIERRE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
			Acople rosca a tubo humidificador	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

INFORME ASOCIADO AL DAÑO (POR PLAGAS)

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDEJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5- 7 PSI)	(90% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)		(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)		(SI-No)	
	179676	95.6	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No X Si Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Se cambian mangueras a tanque de oxigeno y tamices, pila desgastada, se cambia pila

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGERA A TAMIZES	1			
	PILA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujimetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconectar linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDEJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5- 7 PSI)	(90% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)		(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)		(SI-No)	
	17971	6.4	96	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: