



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-FR-008  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 27-06-23 Remisión #: 189323 Auxiliar Mantenimiento: Jan Diego Benjumea No. Orden: [ ]  
Codigo Equipo: NN-4960 Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

TALLA	USO	PLAGA	DAÑO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	OPORTO	FAMILIADO
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

Acople rosca a tubo humidificador 1

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Fuga a B"				BASE	BASE	BASE		
28270	6.4	94.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba [ ] Genero Alarma: No  SI  Cuel? [ ]

2. RUIDO EXTRAÑO: SI  No  3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas  Malas  4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno  Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Manguera tanque de oxigeno a serpiente suelta

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = B (Carga negativa)	Se verifica activación de alarmas (SL - LD - ES)	ES
2	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma (Luz) y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-LD-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Fuga a B"				BASE	BASE	BASE		
28272	6.2	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	

PRIMA MANTENIMIENTO: [ ]