OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: UAD-MAN-FR-009 Versión: 2 — Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión	27-06-23	Remisión #	189323	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Código Equipo	NN 4328D	Fecha Inicio	27-06-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	27-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

						Si	No	
						Si	No	
			Acople rosca a tubo humidificador 1			Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	
						Si	No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(8-7 PSI)	(85%-95%)	(Si-No)				(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)			(Si-No)	
	196386.3		94.5	Si	Si	Si	65	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Si	X	Si	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si		no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma	65
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Observar desempeño de alivio	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							Aprobado
	(Hrs)	(8-7 PSI)	(85%-95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)						(Si-No)	
	196406.2		95	Si	Si	Si	65	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: X [firma]