ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	27-06-23	Remisión #	189323	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-2451B	Fecha Inicio	27-06-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	27-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLAS	CAUSA	CLASIFICACION	DESCRIPCION					
			Acople rosca a tubo humidificador 1			Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (30-40s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30-40s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30-40s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (30 - 40s)	FILTROS (30 - 40s)	BASE (30 - 40s)	CODIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40S)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 40S)	RUEDAS (30-40s)	OBSERVACIONES
	198913	6,1	94,8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	5. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buen		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5 V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		Si
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO de Aire INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - EE)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-EE)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (30-40s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30-40s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30-40s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (30 - 40s)	FILTROS (30 - 40s)	BASE (30 - 40s)	CODIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40S)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 40S)	RUEDAS (30-40s)	OBSERVACIONES
	198911	6,2	95,3	Si	SI	Si	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Apiobado

FIRMA MANTENIMIENTO