

Fecha Remisión: **27-06-23** Ramación #: **189323** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: _____

Código Equipo: **NW857B** Fecha Inicio: **27-06-23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **27-06-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALSA	SI	NO			
Acople rosca a tubo humidific 1					
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUECAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila		"Fuga a B"		BASE		BARRAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
	15663	6.7	946	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo		
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		no						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudó a fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTEO INTERNO	1			
	Switch encendido	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a B (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L5 - E5)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L5-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUECAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila		"Fuga a B"		BASE		BARRAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
	15669	6.3	947	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	
														FIRMA MANTENIMIENTO	<i>[Firma]</i>	