ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-005
Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión	26-06-23	Remisión #	189323	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-909B	Fecha Inicio	27-06-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	27-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO [ ]

HISTORIAL REPORTADO OPERACIÓN DEL SERVICIO

FALLA	GRAVE	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO REALIZADO	REQUERIDO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES (HECHO POR PACIENTE)

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(90% - 95%)	(30-40c)	(30-40c)	(30-40c)	(LO-ES)	(30 - 40c)	(70 - 90c)	(30 - 40c)	(90 - 95)	(10 - 20)	(30-40c)	
	21854	6.5	95.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: — Generó Alarma: No. X Si: — Cual?:
2. RUIDO EXTRAÑO: Si: — No: X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: manguera a tanque de oxigeno desgastada
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si — Con Sobrecalentamiento: NO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA A TANQUE OXIGENO	1			
	FILTRO DE AIRE	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(90% - 95%)	(30-40c)	(30-40c)	(30-40c)	(LO-ES)	(30 - 40c)	(70 - 90c)	(30 - 40c)	(90 - 95)	(30-40c)	
	21858	6.2	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO