



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-444-FR-003
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 28-06-23 Remisión # 189419 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-16506 Fecha Inicio: 28-06-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 28-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	CANT.	OK	DAÑO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	Acople rosca a tubo humidificador			1	

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MASC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				(01-02)	(03-04)	(05-06)			
					(01-02)	(03-04)	(05-06)				(07-08)	(09-10)	(11-12)			
	9230	6.3	94.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mta	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No										
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Y	Malo		
1. DAÑOS IDENTIFICADOS																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E0)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) y (LL-LO-E0)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtención manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MASC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				(01-02)	(03-04)	(05-06)		
					(01-02)	(03-04)	(05-06)				(07-08)	(09-10)	(11-12)		
	9243	6.4	93.3	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

PRIMA MANTENIMIENTO