

Fecha Revisión: **28/06/23** Ramo: **109419** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NV 3881B** Fecha Inicio: **28-06-23** Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: **28-06-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALTA	TIPO DE DAÑO				
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELILLAS	FILTROS	SABES	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				RUEDAS	RUEDAS			
					(20-40)	(20-40)	(0-0.5)				(20-40)	(20-40)			
	1751167	957	957	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mta	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	X	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudó o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO DE AIRE	7			
	MANGUERAS TAMICES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Fugametro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SELILLAS	FILTROS	SABES	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				RUEDAS	RUEDAS		
					(20-40)	(20-40)	(0-0.5)				(20-40)	(20-40)		
	1751265	945	945	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO													<i>[Firma]</i>	