

Fecha Remisión: **28-06-23** Remisión #: **189419** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-3892B** Fecha Inicio: **28-06-23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **28-06-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Alcople rosca a tubo humidificador 1					

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RUEJAS			OBSERVACIONES	
					Desconexión			Pila	"Flujo a P"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEJAS
					20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40		
	12002	6	93,5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Cantid. Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento			NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit mangueras a tanque oxígeno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Inverso	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RUEJAS			OBSERVACIONES	
					Desconexión			Pila	"Flujo a P"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEJAS
					20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40		
	12005	6,1	94	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>Juan Diego Benjumea</i>		