ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	28-06-23	Remisión #	189419	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-19503	Fecha Inicio	28-06-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	28-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO/OPERATIVOS DE SERVICIO

FALLA	RUIDO	FUGA RUIDO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N° REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Acople rosca a tubo humidificador	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DURANTE CORTES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (80% - 90%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-E3)	REJILLAS (30 - lts)	FILTROS (30 - lts)	BASE (30 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (MI - MD)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	28456	6.7	95%	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Se cambian mangueras a tamices, tubo de refrigeración, pila en mal estado												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERAS A TAMICES	2		PILA	1
	MANGERA TUBO REFRIGERACION	1			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E3)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-E3)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-E3)	REJILLAS (30 - lts)	FILTROS (30 - lts)	BASE (30 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (MI - MD)	RUEDAS (30 lts)	OBSERVACIONES
	28461	6.7	95%	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO