



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
CAG-4AN-FR-005
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/15/2015
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 28-06-2023
Permiso #: 189419
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
No. Orden:

Código Equipo: SNO147843
Fecha Inicio: 28-06-23
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin: 28-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a F"					REGULAR	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	22876	6.4	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mal		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión ligada de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a F"					REGULAR	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
22827	6.4	94.3	SI	SI	SI	ROJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO			

FIRMA MANTENIMIENTO