OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO | Código: GAD-MAN-FR-002 | Versión: 3 | Fecha Actualización: 17/10/2019 | Página 1 de 2

Fecha Remisión	29-06-23	Remisión #	189546	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-3728B	Fecha Inicio	29-06-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	29-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

			Acople rosca tubo humidificador	1	Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (87%-96%)	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	Fluja a 0°	FALLAS			CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	18271	6,2	95	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: | Estado Alarma: X

2. RUIDO EXTRAÑO — Si: | No: X

3. ESTADO DE MANGUERAS — Buenas: X | Malas:

4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN — Bueno: X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: bueno | Si | no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pila 5 V		ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica		Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es igual a buena	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REJILLAS LATERALES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		ES
2	Flujo bloqueo		Si
3	Desconexión eléctrica		Si
4	Desconexión tanque de flujo		Si
5	Activación de válvula de alivio		Si
6	Otros:		
6	Otros:		
8			

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (87%-96%)	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	Flujo a 0°					CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	18277	6,4	95	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Aprobado

FIRMA