



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA  
CÓDIGO DE MANTENIMIENTO  
FECHA DE EMISIÓN DEL ORDEN  
PÁGINA 1 DE 1

Fecha: 29-06-23  
Número: 189546  
Nombre: Jan Diego Benjumea  
Código Equipo: NN-1501B  
Fecha Inicio: 29-06-23  
Fecha Fin: 29-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		NO	FECHA DE ABRILANCIO	FECHA DE ABRILANCIO
Acople rosca a tubo humidificador 1				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10388	6794,4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mt

1. RUIDO EXTRAÑO: Si  No  2. ESTADO DE MANEJO: Bueno  Mala  3. REACCIONES ANORMALES: Bueno  Mala

4. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno  Mala

No.	Prueba	Resultado
1	Prueba de Fugas	OK
2	Control de presión	SI
3	Control de temperatura	SI
4	Prueba de alarma	SI

5. REVISIÓN DE LOS COMPONENTES: Bueno  Mala

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CANT.
	Resilla LATERAL	1		

No.	Prueba	Resultado
1	Prueba de Fugas	SI
2	Control de presión	SI
3	Control de temperatura	SI
4	Prueba de alarma	SI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10391	6794,3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado J. Benjumea