OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Revisión	29-06-23	Remisión #	189546	Nombre Mantenimiento	Joan Diego Benjumea	No. Despa

Código Equipo	NN-15798	Fecha Inicio	29-06-23	Fecha fin	29.-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	FLUJO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					CÓDIGO DE ALARMAS					
20985	6.5	94.5	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. OLOR: X

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Fuerte X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Pila desgastada, manguera a refrigeración suelta

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno — Si — no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			ok
2	Prueba de Fugas		Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican conexiones eléctricas del equipo	Si
4			Si
5	Prueba de alarma		Si
6	Otro		
7	Otro		

Clasificación del Mantenimiento identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit mangueras tanque oxígeno	1		Pila SU	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Solenoide)		Es
2			Si
3			Si
4			Si
5			Si
6	Otro		
7	Otro		

Mantenimiento	FLUJO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA
20589	6	95.5			

FIRMA