



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 OADM-MAN-PR-008
 Versión 3 Fecha Actualización: 11/02/18
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: 29/06/23 Remisión #: 189,546 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benimech No. Orden:

Código Equipo: NU-3304B Fecha Inicio: 29-06-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 29-06-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA: BARRAS O PLUGS SARD					
Acople rosca a tubo humidifi 1					
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a 2"	RELLAS	FILTROS	BARR	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS
					SI/NO	SI/NO	SI/NO					SI/NO	SI/NO	SI/NO		
	6601	6.3	95.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mfo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		Buena	X	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		No					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO IDENTIFICADO

COODIGO	DESCRIPCION	CANT	COODIGO	DESCRIPCION	CANT

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a 2"	RELLAS	FILTROS	BARR	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS
					SI/NO	SI/NO	SI/NO					SI/NO	SI/NO	SI/NO		
	6606	6.3	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO																