OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

30/06/23	189599	Juan Diego Benjumea	
NN-37768	30/06/23		30/06/23

Acople rosca a tubo humidificador 1

14	123	6.6	94.2	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X

manguera a tubo de refrigeración rota

5. ESTADO DE LAS CONDENSADORES	Bueno	Si	no

No.	Prueba	Descripción	
1			ok
2			si
3			si
4			si
5			si
6			
7			

Estado	Descripción	Cant	Código	Descripción	Cant
	Manguera tubo refrigerac.	1		RESITA LATERAL DESSINTE	1

No.	Prueba	Descripción	
1			Es
2			Si
3			Si
4			Si
5			Si
6			
7			

14	125	6,6	94,7	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

Aprobado