



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Conto: 200-00000000000000000000  
Versión 2 Fecha Actualización: 11/03/2016  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 30-06-2023 Remite a: 189599 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NV-311B Fecha Inicio: 30-06-23 Fecha Fin: 30-06-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA PRUEBA AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Handwritten note: 'Acople rosca a tubo humidificador 1'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, Caudal, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 31678, 6, 94.6, Si, Si, Si, Es, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si. Observations: mto.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila S.S.V (OK), Prueba de Fugas (Si), Conexión eléctrica (Si), Conexión electrónica (Si), Prueba de alarma (Si).

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Handwritten items: SOWIS DE ENCENDIDO (2), FILTRO DE AIRE FUENTE (2), MANGUERAS TAPRCS (1), MANGERA Tubo Refijeracion (1), MANGERA FILTRO DE TUSONISACION (1), PILA (2).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Fuga = 0 (Cierre Suprmetro) (Es), Fuga Manera (Si), Desconexión eléctrica (Si), Desconexión tarjeta de fuga (Si), Actuación de válvula de alivio (Si).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, Caudal, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 31682, 6, 93.5, Si, Si, Si, Es, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si. Observations: Aprobado.