



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OAC-MAN-PR-008
Versión 2
Fecha Actualización: 11/02/2016
Página 1 de 1

Fecha Reporte: 213/23 Revisión: 180347 Autor: Santiago Herrera

Código Equipo: NU-1098 B Fecha Inicio: 213/23 Fecha Fin: 213/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO:

FALTA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA POR AISLAMIENTO	NUMERO S CAMBIADO

DETALLE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 5"				00-00	00-00	00-00		
106966.3929	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	Cant						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANSUERIAS		Buenas	<input checked="" type="checkbox"/>	MVM	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Malo		
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Fuera	SI	Cul. Submoleculares							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje en la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Clase		ayuda
7	Clase		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Apple Plastic Switch	1			

No.	Prueba / Inspección	Detección	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Ajustado)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-L3-E3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión de fuga de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Control mangarín de salida de aire de compresor	OK
6	Clase		
7	Clase		
8	Clase		

En Mantenimiento	HUMIDIMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 5"				00-00	00-00	00-00		
106966.3929	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Apr obado Switch.