OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAO-MAN-FR-008 |
| Versión 2 | Fecha Actualización 17/12/2018 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | 7/3/23 | Remisión # | 180740 | Auxiliar Mantenimiento | Santiago Moreno | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Código Equipo | NN-2232B | Fecha Inicio | 7/3/23 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 7/3/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

ENTORNA REPORTADO DIFICULTAD DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## CARTA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (95% - 99%) | FLUJÓMETRO (Ml-Hr) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml-Hr) | Pila (Ml-Hr) | "Flujo x 5" (LL-LE) | REJILLAS (Ml-Hr) | FILTROS (Ml-Hr) | BASE (Ml-Hr) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml-Hr) | MANIJA (Ml-Hr) | RUEDAS (Ml-Hr) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16970 | 6.5 | 92.2 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | MTO |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento | | | | | | | |

## ACTIVIDADES

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Agudo |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Acople Plastico | 1 | | | |

## PRUEBAS DE ALARMA

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo x 5 (Corte flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora LED Rojo o LED amarillo y (LL-LE-ES) | OK |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obtener manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (95% - 99%) | FLUJÓMETRO (Ml-Hr) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml-Hr) | Pila (Ml-Hr) | "Flujo x 5" (LL-LE) | REJILLAS (Ml-Hr) | FILTROS (Ml-Hr) | BASE (Ml-Hr) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml-Hr) | MANIJA (Ml-Hr) | RUEDAS (Ml-Hr) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16973 | 6.4 | 92.5 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]