ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-308
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: 8/3/23 | Remisión #: 100796 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Mora | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-7E90 B | Fecha Inicio: 8/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 8/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (0-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5s)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (0-5s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (0-1ms)	FILTROS (0-1ms)	BASE (0-1ms)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0s - 14S)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0S - 14S)	RUEDAS (0-1ms)	OBSERVACIONES
	2209	6.5	93	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Acople Plug Luer Switch	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LU - EE)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LU-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (0-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5s)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (0-5s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (0-1ms)	FILTROS (0-1ms)	BASE (0-1ms)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0S - 14S)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0S - 14S)	RUEDAS (0-1ms)	OBSERVACIONES
	2209	6.4	94.7	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Mora