

OxiPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO		
		Codigo		020-MAN-26-03		Version 2		
		Fecha Actualización		17/03/2016		Página 1 de 2		
Fecha Recepción	8/3/23	Revisión	160790	Asesor Mantenimiento	Santiago Morán			
CONTAMINACIÓN DEL EQUIPO								
Código Equipo	NN-029 B	Fecha Inicio	8/3/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	8/3/23	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO			
FECHA FIN AISLAMIENTO								
FALLA		BARO	CLASE BARO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	
							SI	
							NO	
							SI	
							NO	
							SI	
							NO	
							SI	
							NO	
DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADOR								
OBSERVACIONES								
MTO								
1. DECLARO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		X		Mal		
6. DATOS IDENTIFICADOS								
8. ESTADO DE LAS CONEXIONES								
Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		
Con Substratamiento								
No.	Prueba	Descripción					Resultado	
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila					SI	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OK	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y se agudo o fuerte					OK	
6	Otros						Aprobado	
7	Otros							
Descripción del diagnóstico identificado								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.			
	Circuito Plastero	1		Pila	1			
	Filtro lateral	1						
	F. 700 lateral	1						
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado	
1	Fuga = 0 (Cama Suplemento)	Se verifica ausencia de alarmas (L1 - L2 - E2)					SI	
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))					SI	
3	Desconexión eléctrica	Activación sistema alarma					OK	
4	Desconexión sonora de fuga	Desconexión línea eléctrica					OK	
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor					OK	
6	Otros							
7	Otros							
8	Otros							
OBSERVACIONES								
Aprobado								
FIRMA MANTENIMIENTO		Santiago Morán						