OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAT-MAN-FR-026
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 8/3/23 | Remisión #: 180718 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3616 B | Fecha Inicio: 8/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 8/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERANDO DE MANERA

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DE DAÑOS POR PACIENTE:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (12 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-L2-ES)	RELEVO (0 - 1Vac)	FILTROS (0 - 1Vac)	BASE (0 - 1Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (0 - 1VDC)	RUEDAS (0 - 1Vac)	OBSERVACIONES
	16186	7.9	95.3	5?	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Acople Plastico	1		Pila	1
	Filtro lateral	1			
	Filtro interno	6			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-L2-ES)	OK
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de aflujo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 - 6 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (12 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-L2-ES)	RELEVO (0 - 1Vac)	FILTROS (0 - 1Vac)	BASE (0 - 1Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (0 - 1VDC)	RUEDAS (0 - 1Vac)	OBSERVACIONES
	16916	5.5	94.6	5?	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago