ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAO-MAN-FR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10/3/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Herrera | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-3068 B | Fecha Inicio: 10/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 10/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FACIENTE

DATOS DE MANTENIMIENTO

Tipo Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9 - 7 PSI)	CAUDAL (90% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LLI-EII)	SELLOS (30 lpm)	FILTROS (30 lpm)	BASE (30 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - MD)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
Mto	49056.4	9	39	5	9	5	Es	Si	5	5	5	5	5	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pila	1			
	Exitus Interno	1			

PRUEBAS DE CALIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - EI)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LI-EI)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DATOS DE CALIBRACION

Ex. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9 - 7 PSI)	CAUDAL (90% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LLI-EII)	SELLOS (30 lpm)	FILTROS (30 lpm)	BASE (30 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - MD)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
Mto	49096.3	9	53	5	5	5	Es	5	5	5	5	5	5	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Samuel