ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAO-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión: 10/3/23 | Revisión #: 18/013 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-44 SE B | Fecha Inicio: 10/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 10/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO FUERA DE OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE:

DATOS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (30 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hrs)	Pila (30 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Hrs)	FILTROS (30 Hrs)	BASE (30 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40S)	BANDEJA (30 - 40S)	RUEDAS (30 Hrs)	OBSERVACIONES
	59596.5946	S:			SI	Si	ES	SI	SI	SI	SI	SI, SI		Kmo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No [X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SIMULACION

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (30 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hrs)	Pila (30 Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Hrs)	FILTROS (30 Hrs)	BASE (30 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40S)	BANDEJA (30 - 40S)	RUEDAS (30 Hrs)	OBSERVACIONES
	5942	6.5	93.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	A protegido

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago