



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código SAC 0000-PR-006
Versión 2 Fecha Actualización 11/10/2019
Página 7 de 7

Fecha Emisión: 9/13/23 Emisión a: [] Autor: Metronomas Santiago Moreno No. Orden: []

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-2649 Fecha Inicio: 9/13/23 Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: 10/13/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
SI			X		

En Mantenimiento	HOMOMETRO (PSI)	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										ROEDAS	OBSERVACIONES	
					Comprobación (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"	REALAR (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	VALVE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS (SI/NO)	ROEDAS (SI/NO)					
	56166593	SI			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTU

1. CICLADO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Mantenimiento compuesto ajuste tapa vista							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Cin Subescalamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica suavido y se aguda a fuerte	OK
6	Otras		agudo
7	Otras		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 2 (Cierre Submarino)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	OK
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión mecánica de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vibración de alarm	Operar manguera de salida de aire de compresión	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HOMOMETRO (PSI)	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										ROEDAS	OBSERVACIONES
					Comprobación (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"	REALAR (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	VALVE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS (SI/NO)	ROEDAS (SI/NO)				
	5619659AGS	SI			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO

Aprobado
S. J. M.