ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	13/3/23	Remisión #	101189	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno
No. Orden					

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NV-721 B	Fecha Inicio	13/3/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	13/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

DETALLES REPORTADOS OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (8-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (8-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (8-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (0.5-0.6)	RUEDAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BAÑE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BAÑE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
22881	66	93.9	5		Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	X	Si		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: -

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Pila	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES))	Ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (8-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (8-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (8-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (0.5-0.6)	RUEDAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BAÑE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BAÑE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
22865	64	99.6	5		Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Arreglado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago