ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13/12/23 | Remisión #: 18/1272 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-26508 | Fecha Inicio: 13/12/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 14/12/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO EN OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	CAUDAL (90% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (30 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (30 - lts/m)	FILTROS (30 - lts/m)	BASE (30 - lts/m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 50)	RUEDAS (30 lts/m)	OBSERVACIONES
12/01	6.693	51	51	51	51	ES	N	51	51	51	51	51	51	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma	Si	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apagado o fuerte	Apagado
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Accesorios Extintor	1			

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecta tree eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	CAUDAL (90% - 95%)	FLUJOMETRO (30 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (30 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES)	REJILLAS (30 - lts/m)	FILTROS (30 - lts/m)	BASE (30 - lts/m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 50)	RUEDAS (30 lts/m)	OBSERVACIONES
12/05	63	95	51	51	51	51	ES	N	51	51	51	51	51	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno