ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14/3/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-1232 B3 | Fecha Inicio: 14/3/23 | Hora Inicio: | Fecha Fin: 14/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

ENTONA RESPONSABLE OPERACIÓN EN PREVIO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (0-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4s)	Pila (0-4s)	"Flujo + 0" (0-4S)	RIELLAS (0-1ms)	PILTROS (0-1ms)	BASE (0-1ms)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0-1MS)	MANIJA (0-1MS)	RUEDAS (0-1ms)	OBSERVACIONES
	05	6.5	94	7 Si	Si	Si	EJ S	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Gerard. Alarma: X | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	GRAPA	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	EJS
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desactivación tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Disparo manguera de salida de aire de mal presion	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (0-4Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4s)	Pila (0-4s)	"Flujo + 0" (0-4S)	RIELLAS (0-1ms)	PILTROS (0-1ms)	BASE (0-1ms)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0-1MS)	MANIJA (0-1MS)	RUEDAS (0-1ms)	OBSERVACIONES
	00	6	39	5 Si	Si	Si	EJS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago