



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-SAN-FR-08 Fecha Actualización: 10/02/04 Página 1 de 1

Fecha Remisión: 14/3/20, Remisión #: 181277, Asesor Mantenimiento: Santiago Moreno, No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO: Código Equipo: NN-24303, Fecha Inicio: 14/3/20, Fecha Fin: 14/3/20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO (checked), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTA, REPUERTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DAÑO PCL PACIENTE'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETRCOS, BARRAS, RUEDAS. Includes sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, gas leaks, electrical connections, and alarm tests. Results include 'SV', 'OK', 'OK', 'OK', 'Agudo'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CAUSA, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes an entry for 'acople'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, gas leaks, and electrical disconnection. Results include 'ES', 'OK', 'OK', 'OK'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETRCOS, BARRAS, RUEDAS. Includes a signature section: 'Aprobado: [Signature], FIRMA MANTENIMIENTO: [Signature]'.