ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAM-FR-008
Versión: 8 Fecha Actualización: 17/12/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15/3/23 | Remisión #: Le 1398 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Merino | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-4984B | Fecha Inicio: 15/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 15/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE CAMB	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE:

ANTES DE SU MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXÍGENO (94% - 98%)	FLUJÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0l/m)	Pila (0l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0l - No)	FILTROS (0l - No)	BASE (0l - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0l - NO)	BARRA (0l - NO)	RUEDAS (0l/No)	OBSERVACIONES
	11517	6.4	94.9	5l	5l	2l	ES	2l	2l	2l	2l	5l	5	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	BUENAS		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro Interno	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Tubimatic)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir o conjuro de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUÉS DE SU MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXÍGENO (94% - 98%)	FLUJÓMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0l/m)	Pila (0l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0l - No)	FILTROS (0l - No)	BASE (0l - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0l - NO)	BARRA (0l - NO)	RUEDAS (0l/No)	OBSERVACIONES
	11519	6.3	95	5	5l	2l	ES	2l	2l	2l	2l	2l	2l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: