

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO			
Fecha Revisión: 17/03/23		Remarca: 18153 U		Accion Mantenedor: Santiago Moreno		No. Orden			
Codigo Equip: 7F5AB244020150		Fecha Inicio: 17/03/23		Hora Inicio Labor		Fecha Fin: 17/03/23			
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION			CANTIDAD	SI REPARA	REPARO CAMBIADO	
							SI	NO	
							SI	NO	
							SI	NO	
							SI	NO	
							SI	NO	
							SI	NO	
DETALLE ACCIONALES DAÑO CON FACILITE									
OBSERVACIONES									
Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS			
Horómetro	Presión	Corriente	Flujómetro	Desconexión (SI/NO)	Flujo (SI/NO)	"Flujo a 0"	REGULAR	FILTROS	VALV
93147294451				SI	SI	ES	SI	SI	SI
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		SI	NO	CANT	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUEZAS		Buenas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Butans		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Escobillas limpias	
Nº	Prueba	Descripción						Resultado	
1	Estado Flujo S.S.V	Verificar estado de la siba						SV	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo						OK	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo						OK	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo						OK	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o faltar						OK	
6	Óleo							Agudo	
7	Óleo								
Descripción del diagnóstico identificado									
CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT				
Nº	Prueba / Simulación	Descripción						Resultado	
1	Flujo + 2 (Corte fabricario)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - L3)						ES	
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-COES)						OK	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora						OK	
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión línea eléctrica						OK	
5	Activación de válvula de aire	Operar mangueara de salida de aire de compresor						OK	
6	Óleo								
7	Óleo								
8	Óleo								
OBSERVACIONES									
Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS			
Horómetro	Presión	Corriente	Flujómetro	Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"	REGULAR	FILTROS	VALV
93168394451				SI	SI	ES	SI	SI	SI
Firma Mantenimiento		Aprobado						Sudillo	