ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Código:	SAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 18/3/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-962 B | Fecha Inicio: 18/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 19/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO DEFICIENTE DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FACIENTE

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXÍGENO (92% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (5h Hz)	FILTROS (5h Hz)	BASE (5h Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5h - 10)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5h - 10)	RUEDAS (5h Hz)	OBSERVACIONES
	11866	7	96	5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No [X] Si [ ] Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bue[X] [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] [ ] Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO FALLA

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	EJ
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	AGUDO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Switch	1			

PRUEBAS DE SALIDA

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 3 (Darle flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	EJ
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de pilas	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXÍGENO (92% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (5h Hz)	FILTROS (5h Hz)	BASE (5h Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5h - 10)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5h - 10)	RUEDAS (5h Hz)	OBSERVACIONES
	11869	6	99	6	Si	Si	EJ	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Atendido

FIRMA MANTENIMIENTO: