OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Revisión: 15/3/23 | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Herrera | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3136 B | Fecha Inicio: 15/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 16/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

CONDICIONES REPORTADAS OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLE ADICIONAL DE DAÑOS POR FACIENTE:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo a 0" (Cierre)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	19 sce	6.5	94	Si	Si	Si	Ev	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: [X] | SI | CUAL

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: El Alarma roja Presión sev. Mantenimiento completo.

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	CAMBIADO
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS CAMBIADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Anillos	2			
	Filtro interno	1			
	Famices	2			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LJ - EI)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora LED Roja e LED amarilla y (LL-LJ-EI)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión leyera de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Cierra manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo a 0" (Cierre)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	15136	5	95	3	Si	Si	Ev	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago