ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAO-HAN-FR-089
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: 21/03/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2999 B | Fecha Inicio: 21/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 21/03/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA TIPO FUGO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	Pila (5 lpm)	"Flujo a 0" (2,5 lpm)	REJILLAS (5 - lpm)	PILTRON (5 - lpm)	BASE (5 - lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (90 - 99%)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (90 - 99%)	RUEDAS (5 lpm)	OBSERVACIONES
	23136395			5	J.	J.	ES	J	J	J	J	J	J	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: [X] | 2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Fan [ ] Malo [ ]

Eqv. Mantenimiento COMPRESOR

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: S | Con Mantenimiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5 E. V.	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica estado si es equipo o fuente	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Protector Display	1		Anillos	2
	Filtro Interno	1			
	Tamices	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SI)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y)	OK OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	Pila (5 lpm)	"Flujo a 0" (2,5 lpm)	REJILLAS (5 - lpm)	PILTRON (5 - lpm)	BASE (5 - lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (90 - 99%)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (90 - 99%)	RUEDAS (5 lpm)	OBSERVACIONES
	23101649		5.5	5	5	J	ES	J	J	J	J	J	5	Aprobado.

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago