OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: N/3/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-14 B | Fecha Inicio: 10/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 10/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

DATA DE MANTENIMIENTO

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/min)	Pila (Ml/min)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (Ml/min)	FILTROS (Ml/min)	BASE (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml/min)	MANGA (Ml/min)	RUEDAS (Ml/min)	OBSERVACIONES
19292	6	95.5	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: EEP. Mantenimiento Completo

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	EV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	CO
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	CK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	CK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos	2			
	Manguera tomatoes	2			
	Tamizes	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LB-ES)	CK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	CK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	CK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	CK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/min)	Pila (Ml/min)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (Ml/min)	FILTROS (Ml/min)	BASE (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ml/min)	MANGA (Ml/min)	RUEDAS (Ml/min)	OBSERVACIONES
19295	6.5	95.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]