ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 21/3/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

CERTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4136B | Fecha Inicio: 21/3/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 21/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO |

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CL. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
	24392	7	92.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Genera Alarma | No | | Si | | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Buena X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 89% Mantenimiento compresor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento |

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila E.S. V	Verifica voltaje de la pila	EV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	Ajustad
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	2 Anillos	2			
	Mangas	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ok ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Aprobado
	24563		92	Si	Si	Si	ES Si	Si	Si	Si	Si	Si		FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]