OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OXO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	21/3/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno
No. Orden					

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4279B	Fecha Inicio	21/3/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	21/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

INICIO DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (H)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LL-ES)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	1794936.5		93	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No X		Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Mangueras							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.E.V.	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otras		
7	Otras		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch	1		Alarma	1
	Filtro interno	1			
	Pila	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	OK ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras		
6	Otras		
6	Otras		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (H)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LL-ES)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	1749563		94.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]