



		INVERSIONES GRUPO SHALOM NIT: 900659139-9		V1-012021	
INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS					
CORRECTIVO				CLIENTE: OXIPRO SAS	
MANTENIMIENTO APLICADO				FECHA: 22/03 /2023	
PREVENTIVO VERIFICACION		CORRECTIVO REPOTENCIADO	X	22 de marzo de 2023	
INFORMACION DEL EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	RECARGA DE TAMIZ , MANTENIMIENTO GENERAL .		HORAS #	2553	
MARCA	AIRSEP	MODELO	ASO95	SERIE	BUBO216450134
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:					
SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO		SERIAL		OBSERVACIONES	
REVISION TARJETA		K211000942		BUEN ESTADO	
REVISION ENCENDIDO				BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS				BUEN ESTADO	
REVISION COMPRESOR		FCD053012003		BUEN ESTADO	
REVISION SATURACION DE OXIGENO				SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 96 %	
REVISION SISTEMA ELECTRICO				BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA ELECTRONICO				BUEN ESTADO	
REVISION LECHOS DE ZEOLITA				RECARGO TAMIZ	
REVISION SISTEMA FILTROS				BUEN ESTADO	
REVISION DE ALARMAS				BUEN ESTADO	
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS				BUEN ESTADO	
LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO					
SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ , MANTENIMIENTO GENERAL . POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGO CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 96%					
ESTADO INTERNO					
ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
DANIEL SUAREZ				FECHA	
		22	3	2023	
SOPORTE TECNICO		CLIENTE			