



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GLO-MAN-FR-008  
Version: 2  
Fecha Actualizacion: 17/10/2018  
Pagina 1 de 2

Fecha Remisión: 22/3/23 Remisión #: 6014EC Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-2613B Fecha Inicio: 22/3/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 22/03/23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, IS. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status for various failure types.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'MTO' note.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: Pila, 7 amicos, 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' signature.