OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-008
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 27/03/23 | Revisión #: 182264 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Marin | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1073B | Fecha Inicio: 27/03/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27/03/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACENTE:

PRUEBAS DE ARRANQUE

Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 MPa)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (30-40L)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción (30-40L)	Pila (30-40L)	"Fuga a 0" (LO-EX)	REJILLAS (30-40L)	FILTROS (30-40L)	BASE (30-40L)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30-40L)	BANDEJA (30-40L)	RUEDAS (30-40L)	OBSERVACIONES
	96951.6	92.3	5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: X | Si: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI: | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: X Bueno | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: BUENAS | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es igual o fuerte	OK Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS DE SALIDA

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga > 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EX)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja y LED amarillo y (LL-LO-EX)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida no abre la compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 MPa)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (30-40L)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción (30-40L)	Pila (30-40L)	"Fuga a 0" (LO-EX)	REJILLAS (30-40L)	FILTROS (30-40L)	BASE (30-40L)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30-40L)	BANDEJA (30-40L)	RUEDAS (30-40L)	OBSERVACIONES
	96980	63	99.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Marin