ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAM-PR-006
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 12/03/23 | Remisión #: 167061 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2152 | Fecha Inicio: 22/03/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 23/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIBUTE

PRUEBAS DE ARRANQUE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0 lpm)	SELLOS (50 - 60)	FILTROS (50 - 60)	BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (50 lpm)	OBSERVACIONES
	23004	7	92	5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTO

1. CEBADO: Tiempo de la prueba: | Correcta Alarma: Si [X] | Si [ ] | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] | No [X] | 3. SISTEMA DE MANGUERAS: Buena [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena [X] | Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK 5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica corrección neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alguno o fuente	OK/DC
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS CAMBIADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro interno	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Tiene flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (Lu - LO - SV)	OK
2	Fluir Manómo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-SV))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión física de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Fila (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (0 lpm)	SELLOS (50 - 60)	FILTROS (50 - 60)	BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (50 lpm)	OBSERVACIONES
	23008	6	95,1	5,	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: