OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: DAC-MAN-PR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29/3/23 Remisión #: 182487 Auxiliar Mantenimiento: Santiago Morino No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: VN-495 B Fecha Inicio: 29/3/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 29/3/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	SLAME DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

INFORMACION ADICIONALES DADOR POR PACIENTE

CONTROL DE EQUIPO

Hr Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	Pila (6 Vcc)	"Flujo x 0" (3.5-4V)	BOQUILLAS (30 lpm)	FILTROS (30 lpm)	BASE (30 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	BOQUILLA (30 - 40)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
	50856	94.2	Si		C	J	E	J	J	J	J	J		MTO

1. DILADO: Tiempo de la prueba: Genera Alarma: NO [X] SI [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	CN
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	CN
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	CN
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (11 - 12 - 23)	EJ
2	Flujo Nasino	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y 11-12-23)	CN
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	CN
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	CN
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	CN
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

Hr Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	Pila (6 Vcc)	"Flujo x 0" (3.5-4V)	BOQUILLAS (30 lpm)	FILTROS (30 lpm)	BASE (30 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	BOQUILLA (30 - 40)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
	50896	3937	Si		C	J	E	J	J	J	J	J	J	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Morino