



INVERSIONES GRUPO SHALOM V1-012021

NIT: 900659139-9

INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS

CORRECTIVO

CLIENTE: OXIPRO SAS

MANTENIMIENTO APLICADO

FECHA: 29-03-2023

PREVENTIVO		CORRECTIVO	X
VERIFICACION		REPOTENCIACION	

29 de marzo de 2023

INFORMACION DEL EQUIPO

DESCRIPCION	RECARAGA DE TAMIZ , MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR , MANTENIMIENTO ELECTROVALVULAS, MANTENIMIENTO GENERAL .			HORAS #	462
MARCA	AIRSEP	MODELO	FREE STLYLE	SERIE	CBB0217460106

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:

SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO	SERIAL	OBSERVACIONES
REVISION TARJETA	K21006888	BUEN ESTADO
REVISION ENCENDIDO		BUEN ESTADO
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS		(MANTENIMIENTO)
REVISION COMPRESOR	CBC0217460053	(MANTENIMIENTO)
REVISION SATURACION DE OXIGENO		SE ENTREGA SATURANDO 95 %
REVISION SISTEMA ELECTRICO		BUEN ESTADO
REVISION SISTEMA ELECTRONICO		BUEN ESTADO
REVISION LECHOS DE ZEOLITA	SH (12582 - 12583)	(RECARGO TAMIZ)
REVISION SISTEMA FILTROS		BUEN ESTADO
REVISION DE ALARMAS		BUEN ESTADO
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS		BUEN ESTADO Y SIN FUGAS

LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO

SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ , MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR , MANTENIMIENTO DE LAS ELECTROVALVULAS, MANTENIMIENTO GENERAL . POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 95%

ESTADO INTERNO



ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

DANIEL SUAREZ		FECHA	
		29	3 2023
SOPORTE TECNICO	CLIENTE		