ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAS-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/12/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 3/5/23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2053 B | Fecha Inicio: 3/5/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 3/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LLLO-ES)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6lS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 6lS)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
														MTC
1673	164	95	51	51	51	51	55	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: NO | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Manguera

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno 51 | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO Y FALLO

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3,5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es aguda o fuerte	AGUDO
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

LABORES REALIZADAS

MATERIALES USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y LL LO ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LLLO-ES)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6lS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 6lS)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
														Aprobado
6734	63	93	51	51	51	51	55	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago Moreno