OXPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-000 |
| Versión 2 | Fecha Actualización: 17/12/2019 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | 3/5/23 | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | Santiago Marino | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Código Equipo | 7F5MY2020030000134 | Fecha Inicio | 3/5/23 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 3/5/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

| Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (S-T PSI) | OXIGENO (MPa - MPa) | FLUJÓMETRO (S-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No) | Pila (S-No) | "Flujo = 0" (LD-ES) | REJILLAS (S-No) | FILTROS (S-No) | BASE (S-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-NO) | MANIJA (S-NO) | RUEDAS (S-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 928 | 65 | 95 | S1 | S1 | S1 | E- | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | MTO |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena S1 Con Sobrecalentamiento |

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | ok |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | ok |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | ok |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Agudo |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES) | ok |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | ok |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | ok |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | ok |
| 6 | Otros | | |
| 6 | Otros | | |
| 6 | Otros | | |

| Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (S-T PSI) | OXIGENO (MPa - MPa) | FLUJÓMETRO (S-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No) | Pila (S-No) | "Flujo = 0" (LD-ES) | REJILLAS (S-No) | FILTROS (S-No) | BASE (S-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-NO) | MANIJA (S-NO) | RUEDAS (S-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 931 | 65 | 94 | S1 | S1 | S1 | ES | S1 | S1 | S1 | - | S1 | S1 | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]