ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAO-MAM-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	10/5/23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN - 1519	Fecha Inicio	10/5/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	15/10/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (50% - 55%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Vac)	FILTROS (5 - Vac)	BASE (5 - Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VAC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - VAC)	RUEDAS (5 - Vac)	OBSERVACIONES
99668947				5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	NO	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	86%											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento					

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 3 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguero de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (50% - 55%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - Vac)	FILTROS (5 - Vac)	BASE (5 - Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VAC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - VAC)	RUEDAS (5 - Vac)	OBSERVACIONES
99668947		6	53	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Arreglado

FIRMA MANTENIMIENTO	