



		INVERSIONES GRUPO SHALOM		VI-012021	
		NT: 900659139-9			
		INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS			
CORRECTIVO				CLIENTE: OXIPRO SAS	
MANTENIMIENTO APLICADO				FECHA: 10/05/2023	
PREVENTIVO		CORRECTIVO	X	10 de mayo de 2023	
VERIFICACION		REPOTENCIACION			
INFORMACION DEL EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	RECARGA DE TAMIZ, MANTENIMIENTO GENERAL .			HORAS #	476
MARCA	AIRSEP	MODELO	SETTING 3	SERIE	CBB0218270061
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:					
SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO		SERIAL		OBSERVACIONES	
REVISION TARJETA		K21008166		BUEN ESTADO	
REVISION ENCENDIDO				BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS				BUEN ESTADO	
REVISION COMPRESOR		BUCO215050042		BUEN ESTADO	
REVISION SATURACION DE OXIGENO				SE ENTREGA SATURANDO 96 %	
REVISION SISTEMA ELECTRICO				BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA ELECTRONICO				BUEN ESTADO	
REVISION LECHOS DE ZEOLITA		SH ( 12928) SH (12929)		RECARGO TAMIZ	
REVISION SISTEMA FILTROS				BUEN ESTADO	
REVISION DE ALARMAS				BUEN ESTADO	
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS				BUEN ESTADO Y SIN FUGAS	
LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO					
SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ , MANTENIMIENTO GENERAL . POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 96%					
ESTADO INTERNO					
					
ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN					
					
RECIBIDO A SATISFACCIÓN					
DANIEL SUAREZ				FECHA	
		10		5	2023
SOPORTE TECNICO		CLIENTE			