






INVERSIONES GRUPO SHALOM		VI-012021	
NT: 900659139-9		INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS	
CORRECTIVO		CLIENTE: OXIPRO SAS	
MANTENIMIENTO APLICADO		FECHA: 10/ 05/2023	
PREVENTIVO	CORRECTIVO	X	10 de mayo de 2023
VERIFICACION	REPOTENCIACION		
INFORMACION DEL EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	RECARGA DE TAMIZ, MANTENIMIENTO GENERAL .		HORAS # 166
MARCA	AIRSEP	MODELO	SETTING 3 SERIE CBB0217460124
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:			
SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO	SERIAL	OBSERVACIONES	
REVISION TARJETA		BUEN ESTADO	
REVISION ENCENDIDO		BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS		BUEN ESTADO	
REVISION COMPRESOR		BUEN ESTADO	
REVISION SATURACION DE OXIGENO		SE ENTREGA SATURANDO 96%	
REVISION SISTEMA ELECTRICO		BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA ELECTRONICO		BUEN ESTADO	
REVISION LECHOS DE ZEOLITA		RECARGO TAMIZ	
REVISION SISTEMA FILTROS		BUEN ESTADO	
REVISION DE ALARMAS		BUEN ESTADO	
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS		BUEN ESTADO Y SIN FUGAS	
LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO			
SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ , MANTENIMIENTO GENERAL . POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 96%			
ESTADO INTERNO			
			
ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN			
			
RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
DANIEL SUAREZ		10	FECHA 5 2023
SOPORTE TECNICO	CLIENTE		