ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7F10AB20200200000048	Modelo		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/4m)	FILTROS (5l/4m)	BASE (5l/4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MD)	RUEDAS (5l/4m)	OBSERVACIONES
	6255	8.9	96.3	SI										

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento							

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Interruptor - Switch.				

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L2-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (89% - 98%)	FLUJOMETRO (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/4m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/4m)	FILTROS (5l/4m)	BASE (5l/4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MD)	RUEDAS (5l/4m)	OBSERVACIONES
	6260	8.6	94.5	SI										

FORMA MANTENIMIENTO	